Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

Gebrauchsanweisung für Hygrometer mit synthetischen Fasern

Mit diesem Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Brutgerät, aber auch in Ihren Wohnräumen mit relativer Genauigkeit bestimmen. Das Meßelement des Hygrometers ist eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im Gegensatz zum Haar auch mit wenig Wartung eine hohe Meßgenauigkeit garantiert und mit geringer Trägheit auf Feuchtigkeitsänderungen reagiert.

Überprüfen der Anzeigegenauigkeit:

Die Meßgenauigkeit beträgt im Bereich zwischen 25 und 100% rel. Feuchte ± 3%. Ein zuverlässiges Vergleichsinstrument ist das Aspirationspsychrometer nach Aßmann. Vergleiche mit Haarhygrometern sollten nur durchgeführt werden, nachdem diese vorschriftsmäßig regeneriert wurden. Man kann die Anzeige auch überprüfen, wenn man das ganze Gerät in ein feuchtwarmes Tuch einhüllt. Es muß dann nach einer halben Stunde 90 bis 100 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.

werden, indem man in die rückwärtige Öffnung des Hygrometers einen Schraubenzieher einführt und behutsam um den entsprechenden Betrag dreht.

Wartung:

Eine Regenaration der Fasern in hoher Feuchte (z.B. durch Einhüllen des Hygrometers in ein feuchtes Tuch) ist vor dem ersten Gebrauch unbedingt erforderlich. Danach empfehlen wir, die Regeneration alle 2 Monate durchzuführen. Der günstigste Zeitpunkt für die Regeneration ist zu Beginn des Winters, wenn die Raumfeuchten, bedingt durch den großen Gegensatz zwischen Innen- und Außentemperaturen, unter 50% absinken. Bitte beachten Sie, daß kein heißes Wasser oder Wasserdampf auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die Meßgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann.

Aufhängung in Wohnräumen:

Genaue Anzeige der Raumfeuchte kann von einem Hygrometer nur bei richtiger Wahl des Aufhängeplatzes erwartet werden. Wir empfehlen Ihnen daher, das Hygrometer nicht an einer Außenwand oder in der Nähe der Heizung aufzuhängen. Außerdem sollte es vor direkter Sonnenstrahlung geschützt sein.